

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712228517214 din 04.04.2024

Obiectul de achiziției: Balanțe analitice și accesorii pentru laboratorul ADN

| Denumirea bunurilor/serviciilor                     | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1   | 2                                       | 3               | 4            | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Masă pentru balanță analitică</b>                | YPS-03                                  | CN              | KERN         | Construcție: oțel moale St3S;<br>Capacitatea portantă: 40 kg;<br>Lungime: 770 mm +/- 10 mm;<br>Lățime: 680 mm +/- 10 mm;<br>Înălțime: 815 mm +/- 10 mm   | Construcție: Aluminiu;<br>Capacitatea portantă: 25 kg;<br>Lungime: 800;<br>Lățime: 600 mm;<br>Înălțime: 785 mm;  |                        |
| <b>Balanță analitică analog cu RADWAG PS 360.X7</b> | BPS 41plus                              | Polonia         | Boeco        | Capacitate maximă [Max] 360 g<br>Lizibilitate [d] 1 mg<br>Gama de tară -360 g<br>Repetabilitate standard [5% Max] 0,5 mg<br>Repetabilitate standard [Max] 1 mg<br>Liniaritate ±2 mg<br>Timp de stabilizare 2 secunde | Capacitate maximă [Max] 360 g<br>Lizibilitate [d] 1 mg<br>Gama de tară -360 g<br>Repetabilitate standard [5% Max] 0,5 mg<br>Repetabilitate standard [Max] 1 mg<br>Liniaritate ±2 mg<br>Timp de stabilizare 2 secunde |                        |

 Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**

 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**