

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1695366634781 din 04.10.2023
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2023, repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Belgia	Atlas Copco	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului-trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului-trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Broșură, Certificat trening
Lot 2 Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscator-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalatie filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalatie, instalatie filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalatie	Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscator-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalatie filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalatie, instalatie filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalatie	Belgia	Atlas Copco	Kit de mentenanta 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc.	Kit de mentenanță 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc.	Broșură, Certificat trening

	1 instalatie			9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.	9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.	
Lot 3 Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscator Atlas Copco, conditioner si alte compenente ale statiei - 1 instalatie	Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscator Atlas Copco, conditioner si alte compenente ale statiei - 1 instalatie	Belgia	Atlas Copco	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului-trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului-trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	Broșură, Certificat trening
Lot 4 Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscator Atlas Copco - 1 instalatie	Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscator Atlas Copco - 1 instalatie	Belgia	Atlas Copco	Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. 7. Piesă de schimb Valvei Drain LD 200 la uscătorul FD-185 Atlas Copco – 1 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.	Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. 7. Piesă de schimb Valvei Drain LD 200 la uscătorul FD-185 Atlas Copco – 1 buc. În oferta va fie inclus și lucrarile de înlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanță oferit.	Broșură, Certificat trening

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Stanislav Vasilița
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „RIO-MEDICAL” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Testemițeanu 19/3. ap.101