

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
7	Spălător pentru microplăci ELISA automat	Spălător pentru microplăci ELISA automat Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/ combinare/ dozare. Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci Dotat cu calibrator Afișare LCD Programabil Tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 μl volum de distribuire, rata de distribuire:3) volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea;	PRODUCATOR: Biosan, Letonia MODEL: IW-8 Spălător pentru microplăci ELISA automat -Da Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/ combinare/ dozare- Da Alimentare 220-240 V, 50 Hz - Da Canale de la 8 pînă la 12 - Da Capabile să spele toate tipurile de microplăci -Da Dotat cu calibrator - Da Afișare LCD -Da Programabil Tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă -Da Control automat -Da Numărul ciclurilor de spălare 1...15 – Da Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare - Da precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa - Da (300 μl volum de distribuire, rata de distribuire:3) - Da volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 μl per godeu - Da singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 μl per godeu - DA (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) -Da Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea - Da