

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022
Obiectul achiziției: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” "

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 22						
Sistem Video Uretero-Renoscop	8404ZXK/TP012/091271-06 (x3)/UG915	Germania	Karl Storz	Anul de producere: 2021 - 2022; Monitor – 1 bucată a) Gradul de protecție: IP54; b) Dimensiunea ecranului minim 7 " cu rezoluția 1280x800 pixeli; c) Unghiul de vedere minim 160°; d) Intrări video pentru uretero-renoscop minim 2; e) Intrări pentru cameră minim 2 f) Ieșire video port HDMI minim 1 ; g) Minim 1 port pentru card SD; h) Minim un port USB; i) Permite stocarea imagine / video pe Flash USB sau SD card, cu o capacitate minim 16 GB; j) Interfață de utilizator optimizată, captare video și imagine în timp real pe card SD, redare de clipuri video înregistrate și imagini statice, transfer de date de pe cardul SD pe unitatea flash USB k) Management inteligent al energiei cu baterii Li-Ion reincărcabile, l) Timpul de lucru de la baterii Li-Ion reincărcabile minim: 2 h; m) Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Setul monitorului va consta din: Monitor , Card SD YSD, 16 GB; Cap de protecție ; Quick Clip ; Sursă de alimentare; Adaptor de optimizarea a imaginii pentru video endoscoape flexibile. Video uretero-renoscop flexibil de unica folosință – 18 bucați a) Vârful capului distal cu forma atraumaică; b) Cu mecanism de deviere pozitivă; c) Direcția de vizualizare 0°; d) Unghiul de vedere minim 110°, ±5°; e) Capacitate de flexiune minim sus 270°, jos 270°; f) Canal de lucru instrumental min. 3.5 Fr. (1,15mm); g) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: teaca 9 Fr.;; h) Lungimea de lucru: 700 mm, ± 5mm;	Anul de producere: 2021 - 2022; 8404ZXK/ TP012 CATALOG LOT 22, PAG. 1/ Monitor – 1 bucată a) Gradul de protecție: IP54; b) Dimensiunea ecranului - 8" cu rezoluția 1920 x 1200 pixeli; c) Unghiul de vedere minim 160°; d) Intrări video pentru uretero-renoscop - 2; e) Intrări pentru cameră - 2 f) Ieșire video port HDMI - 1 ; g) 1 port pentru card SD; h) un port USB; i) Permite stocarea imagine / video pe Flash USB sau SD card, cu o capacitate minim 16 GB; j) Interfață de utilizator optimizată, captare video și imagine în timp real pe card SD, redare de clipuri video înregistrate și imagini statice, transfer de date de pe cardul SD pe unitatea flash USB k) Management inteligent al energiei cu baterii Li-Ion reincărcabile, l) Timpul de lucru de la baterii Li-Ion reincărcabile: 2 h; m) Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Setul monitorului va consta din: Monitor , Card SD YSD, 16 GB; Cap de protecție ; Quick Clip ; Sursă de alimentare; Adaptor de optimizarea a imaginii pentru video endoscoape flexibile. 091271-06 /CATALOG LOT 22, PAG. 2/ Video uretero-renoscop flexibil de unica folosință – 18 bucați a) Vârful capului distal cu forma atraumaică; b) Cu mecanism de deviere pozitivă; c) Direcția de vizualizare 0°; d) Unghiul de vedere 90°; e) Capacitate de flexiune sus 270°, jos 270°; f) Canal de lucru instrumental 3.6 Fr.;; g) Diametru exterior al tubului de inserție: teaca 8.5 Fr.;; h) Lungimea de lucru: 700 mm;	EC, ISO

				Suport cu înălțimea reglabilă cu 4 roți blocabile; Roțile antistatice; Rafturi mobile; Braț din oțel inoxidabil, ce permite a fi rotit în jurul axei sale; Cu sistem ușor de fixare a monitorului, Tot sistemul să fie compatibil și funcțional, fabricat în 2022. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (maxim 4 pagini A4)..	UG915 /CATALOG LOT 22, PAG. 3/ Suport cu înălțimea reglabilă cu 4 roți blocabile; Roțile antistatice; Rafturi mobile; Braț din oțel inoxidabil, ce permite a fi rotit în jurul axei sale; Cu sistem ușor de fixare a monitorului, Tot sistemul va fi compatibil și funcțional, fabricat în 2022. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (maxim 4 pagini A4)..	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**