

# ÎCS „TehGaz Grup” SRL

MD-2069, or. Chișinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

## Certificat de calitate № 2753 pentru oxigen medicinal în stare gazoasă

Partida №: 0703

Numărul cisternei IITK 5/0.25

Masa netă

| № | Denumirea indicilor                                    | Document normativ<br>GOST 5583-78 | Rezultatele analizei |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de | 99,5                              | 99.85                |
| 2 | Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de    | 0.009                             | 0.0006               |
| 3 | Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de  | Nu se testează                    | -                    |
| 4 | Concentrația de CO <sub>2</sub> , nu mai mare          | 0.01                              | 0.005                |
| 5 | Conținutul de CO                                       | Reținut conform aliniatului 3.6   | Reținut              |
| 6 | Conținutul de acizi                                    | Reținut conform aliniatului 3.7   | Reținut              |
| 7 | Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative    | Reținut conform aliniatului 3.8   | Reținut              |
| 8 | Conținutul de baze                                     | Nu se testează                    | -                    |
| 9 | Prezența mirosului                                     | Absent                            | abs                  |

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer laborant: \_\_\_\_\_

Data: 07.03.2022

Laboratorul Secției de Producere

