

**CERTIFICAT DE CALITATE № (Mostra)
PRODUS**

VTIAMIN MO-56

Lot № _____
Data de producere _____
Masă netă, kg _____
Masă brută, kg _____
Ambalaj **canistre din plastic**
Numărul locurilor de ambalare _____
Perioada de valabilitate garantată **24 luni din data producerii**

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Lichid de la galben deschis pina la galben- gri	
Densitate la 20 °C, g/cm ³	1,08 – 1,18	
pH reagent	mai mult de 12	

Confirmăm, că produsul VTIAMIN MO-39 îndeplinește cerințele TU 2499-007-17875808-2016 compania LLC WTE(OOO «Водные Технологии»), 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data:

Șef laboratorul chimic

Larisa Ciумac