

Specificații de preț (F4.2)

		Licitatie deschisa nr. 21025594			Data: 25 iulie 2020			Alternativa nr.:			
Denumirea licitatiei:		Echipament medical			Lot: _____			Pagina: _____ din _____			
Nr. Lot/ pozitie		Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul	Unitatea de masura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
Lotul 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		33100000-1	Balanță electronică cu precizia 0,01	KARAT	buc	6	5750,00	6900,0000	34500,0000	41400,0000	
Lotul 2											
2		33100000-1	Balanță digitală cu precizia 0,001	JD-300-3G	unit	2	11200,00	Total lot 1	34500,0000	41400,0000	
Lotul 3											
3		33100000-1	Balanță digitală cu precizia 0,0001	ESJ 210-4	buc	2	16275,00	Total lot 2	22400,0000	26880,0000	
Lotul 5											
5		33100000-1	Higrometru psihrometric	0007720	buc	35	285,00	Total lot 3	32550,0000	39060,0000	
Lotul 6											
6		33100000-1	Higrometru psihrometric	0007719	buc	8	285,00	Total lot 5	9975,0000	11970,0000	
Lotul 31											
31		33100000-1	Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice	LA881	unit	2	68607,00	Total lot 6	2280,0000	2736,0000	
Lotul 45											
45		33100000-1	Agitator orbital	1151012	buc	1	28035,00	Total lot 31	137214,0000	164656,8000	
TOTAL								Total lot 45	266 954,00	320 344,80	

Suma totală fără TVA: 266 954,00 lei (Doă sute șase mii nouă sute cincizeci și patru lei și patruzeci și șase bani)

Suma totală cu TVA: 320 344,80 lei (Trei sute douăzeci mii trei sute patruzeci și șase lei și optzeci și șase bani)

Semnatura: _____ Prenumele: GOREACII Vitalie, În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chișinău, str. A. Corobocanu 7A, ap.9



Specificatii tehnice (F4.1)

Licitatie deschisa nr. 21025594			Data: 25 ^o Iulie 2020			Alternativa nr.:		
Denumirea licitatiei:			Lot: _____			Pagina: _____ din _____		
Echipament medical								



3	33100000-1	Balanță digitală cu precizia 0,0001	ESJ 210-4	Republica Moldova	Alex S&E	Balanță cu precizia de 0,0001g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 200-250 g Mod de calibrare: automat intern. Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie. , Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului	Tara de producere: China. Balanță cu precizia de 0,0001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 210 g Mod de calibrare: automat intern. Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie. , Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului	Certificat CE, ISO
Lotul 5								
5	33100000-1	Higrometru psihrometric	0007720	Republica Moldova	Alex S&E	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Tara de origine: Ucraina, "Стеклоприбор". Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +20-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Certificat CE, ISO
Lotul 6								
6	33100000-1	Higrometru psihrometric	0007719	Republica Moldova	Alex S&E	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Tara de origine: Ucraina, "Стеклоприбор". Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +5-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Certificat CE, ISO





