

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **conform SIA RSAP**

Procedura de achizitie Nr.: ocds-b3wdp1MD-1593697845348

Anunt de participare Nr.: **Plasat pe M-TENDER**

Către: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

SA TEHOPTIMED declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

b) **SA TEHOPTIMED** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Echipament medical **pentru anul 2020**

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

16987.00 (Saisprezece mii nouasute optzeci si sapte lei 00 bani) lei MDL

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

20384,40 (Douazeci de mii treisute optzeci si patru lei 40 bani) lei MDL

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, **SA TEHOPTIMED** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocde-b3wdp1MD-1593697845348**

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical **pentru anul 2020**

Autoritatea contractanta: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
33100000-1	5	Higrometru psihrometric	buc	35	173,17	207,80	6060,83	7273,00	60 zile din data semnării contractului-tot este in stoc	
33100000-1	6	Higrometru psihrometric	buc	8	173,17	207,80	1385,33	1662,40		
33100000-1	35	Microscop optic binocular	buc	1	9540,83	11449,00	9540,83	11449,00		
		TOTAL:					16987,00	20384,40		

Semnat: Numele, Prenumele: Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocde-b3wdp1MD-1593697845348**

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical **pentru anul 2020**

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
33100000-1	5	Higrometru psihrometric	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin de verificare metrologică inițială. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului Buletin verificare metrologică	Declarație de conformitate, CE, ISO
33100000-1	6	Higrometru psihrometric	VIT-1	Ucraina	Steclopribor	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică inițială.	Declarație de conformitate, CE, ISO

33100000-1	35	Microscop optic binocular	MB522	China	Nanjing BW Optics Instr.	Cablu binocular înclinat la 30° și rotabil prin 360°. Obiective achromatice 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65 retractabile, 100x / 1.25 ILO retractabile Ocular WF10 / 18mm. Revolver Nosepiece cu poziții de 4 clicuri (click-stop). Dimensiunile tabelului de pregătire a specimenului: 120x125mm cu transpunerea X-Y a diapozitivului. Condensator de 1,25, echipat cu un tobogan cu diametrul de 32 mm pentru reglarea înălțimii. Pinul reglabil la sfârșitul microscopiei pentru înălțimea mesei, pentru a evita ruperea accidentală cu glisa de sticlă pregătită. Iluminare LED/lampi halogene Filtru de conversie BLUE. Cablu binocular înclinat la 30 ° și rotabil prin 360 °. Obiective achromatice 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65 retractabile, 100x / 1.25 ILO retractabile Ocular WF10 / 18mm.	Cablu binocular înclinat la 30° și rotabil prin 360°. Obiective achromatice 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65 retractabile, 100x / 1.25 ILO retractabile Ocular WF10 / 20mm. Revolver Nosepiece cu poziții de 4 clicuri (click-stop). Dimensiunile tabelului de pregătire a specimenului: 156x138mm cu transpunerea X-Y a diapozitivului. Condensator de 1,25, pentru reglarea înălțimii. Pinul reglabil la sfârșitul microscopiei pentru înălțimea mesei, pentru a evita ruperea accidentală cu glisa de sticlă pregătită. Iluminare LED/lampi halogene Filtru de conversie BLUE. Cablu binocular înclinat la 30 ° și rotabil prin 360 °. Obiective achromatice 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x / 0.65 retractabile, 100x / 1.25 ILO retractabile Ocular WF10 / 20mm.	Declarație de conformitate, CE, ISO	
Semnat: Numele, Prenumele: <u>Stela POTINGA</u> În calitate de: <u>Administrator</u>									
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova									