

Planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor

Nr.	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Periodicitatea
11	Mentenanța anuală pentru Siemens Rapidpoint 500	Verificarea si alinierea valvei de masura Verificarea si alinierea lampii cooximetrului Alinierea lungimilor de unda ale cooximetrului Curatarea filtrului de praf al aparatului Alinierea ecranului touch screen Curatarea interioara a aparatului de praf si alte depuneri	Trimestrial