

Specificație tehnică completată

Model: PhysioGo.Lite ELECTRO

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă de ofertant
<p>Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă</p> <p>Caracteristici</p> <p>1.Moduri de terapie: min. 5</p> <p>2.Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000 ±100 Hz.</p> <p>3.Frecvența tensiunii de modulare: min. 10... 150 Hz.</p> <p>4.Regimuri discrete de funcționare: 0, 25, 50, 75, 100%.</p> <p>5.Alimentare: 220V, 50Hz.</p> <p>6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi. "</p>	<p>Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă și frecvență medie, cu mărirea spectrului de terapie DA pag 7 din PhysioGo_Lite_Electro_User_Manual</p> <p>Caracteristici</p> <p>1.Moduri de terapie: 19 pag 1 din PhysioGo.Lite ELECTRO_datashet</p> <p>2. Frecvența purtătoarei sinusoidale: 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 8000Hz, 10000Hz pag48 din PhysioGo_Lite_Electro_User_Manual</p> <p>3. Frecvența tensiunii de modulare: 0 Hz-250Hz cu mărirea spectrului de terapie pag 67 din PhysioGo_Lite_Electro_User_Manual</p> <p>4.Regimuri discrete de funcționare: 70%-100% pag44 din PhysioGo_Lite_Electro_User_Manual</p> <p>5.Alimentare: 220V, 50Hz. DA</p> <p>6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi. " DA</p>