

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1618572137403 din 29 aprilie 2021
Obiectul procedurii de achiziție: <i>Echipamente de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES</i>

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/servicii						
		Lot 14 Balanță tehnică de precizie de laborator						
14.1	38311200-8	Balanță tehnică de precizie de laborator	PS 3500.X2. M Precision Balance	Polonia	Radwag 	Sarcina maximă-3,5 kg (nu mai puțin). Sarcina minimă-0,5 g (nu mai mult). Interval tară-nu mai puțin 3,5 kg. Precizie-10 mg. Timp stabilizare-≤5 secunde. Afișaj digital, sensor. Autocalibrare. Platforma inox. Alimentare 220/12 V	Sarcina maximă 3500 g Sarcina minimă 0,5 g Interval tară - 3500 g Precizie – 0,01 g. Timp stabilizare – 1,5 sec Afișaj 5” capacitive colour touchscreen. Interfețe : 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi® Dimensiune platforma 195×195 mm Autocalibrare. Platforma stainless steel AISI 304 Alimentare 220/12 V	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: *Jacot Anna* În calitate de: *account manager*

Ofertantul: *SC „Melitax-Grup” SRL* Adresa: *mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 143*