

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755675472703 / 21468562					Data: „24” septembrie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea Aparat de dezinfectarea aerului și suprafețelor conform necesităților Institutul Oncologic						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	1	Aparat de dezinfectarea aerului și suprafețelor	Aparat de dezinfectarea aerului și suprafețelor	Aerosept 500 M	Franta	Anios Ecolab	Descriere: Aparat pentru efectuarea dezinfecțiilor și dezinsecției Volumul acoperit spre dezinfectare minim 500m³ Solutia de dezinfectare conform standardul EN 17272 prin metoda de pulverizare/ nebulizare Dispozitiv portabil, mobil. Timpul de funcționare setabil în dependență de suprafață Capacitatea rezervorului min 500ml	Descriere: Aparat pentru efectuarea dezinfecțiilor și dezinsecției Volumul acoperit spre dezinfectare minim 300m³ Solutia de dezinfectare conform standardul EN 17272 prin metoda de pulverizare/ nebulizare Dispozitiv portabil, mobil. Timpul de funcționare setabil în dependență de suprafață Capacitatea rezervorului min 5000ml	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Mun. Chîșinău, Durlești, Vasile Lupu 6